

ХРОМАТОГРАФ ГАЗОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ «ХРОМАТ-900-7»

Руководство по эксплуатации

ИБЯЛ.413538.002РЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: analitpribor.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Содержание

	Лист
1 Описание и работа	4
1.1 Назначение и состав	4
1.2 Основные параметры и характеристики	8
1.3 Состав хроматографа	13
1.4 Устройство и работа	14
1.5 Маркировка	26
1.6 Упаковка	28
2 Использование по назначению	29
2.1 Общие указания по эксплуатации	29
2.2 Подготовка хроматографа к использованию	32
2.3 Использование хроматографа	39
2.3.1 Порядок работы	39
2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения	40
3 Техническое обслуживание	44
4 Хранение	52
5 Транспортирование	52
6 Утилизация	53



Перед началом работ, пожалуйста, прочитайте данное руководство по эксплуатации! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых обеспечит правильное функционирование хроматографа и позволит сэкономить средства на сервисное обслуживание. Оно значительно облегчит Вам обслуживание хроматографа и обеспечит надежные результаты измерений.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик хроматографа газового промышленного «Хромат-900-7» (в дальнейшем - хроматограф) и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Хроматограф имеет сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.ГБ06.В00878, выданный органом по сертификации взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики ФГУП «ВНИИФТРИ» ОС ВСИ «ВНИИФТРИ». Срок действия по 29 октября 2013 г.

Разрешение на применение № РРС 00-047527 выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия до 04.04.2017 г.

Хроматограф допущен к применению в Российской Федерации и имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.31.001.A № 42598, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России. Срок действия до 12 мая 2016 г.

1 Описание и работа

1.1 Назначение и состав

1.1.1 Хроматограф предназначен для непрерывного автоматического измерения молярной доли азота, кислорода, диоксида углерода, углеводородов $C_1 - C_5$ и C_{6+} высшие, содержащихся в газе горючем природном (далее - ГГП), в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов»

Область применения – для анализа состава природного газа при оценке соответствия продукции обязательным требованиям, установленным законодательством РФ, и при осуществлении товарообменных операций.

1.1.2 Тип хроматографа – стационарный.

По числу каналов формирования аналитической информации - одноканальный.

Режим работы – непрерывный.

Режим измерения – циклический.

1.1.3 Хроматограф состоит из:

- БА;
- БПГ;
- ББ.

Хроматограф средствами аттестованного пакета программ (ПО) осуществляет обработку аналитической информации, расчет физико-химических показателей качества ГГП и передачу в информационную сеть данных о результатах измерений, расчетов и служебной информации.

ПО хроматографа «Хромат-900», включающее в себя встроенное программное обеспечение (ВПО) ИБЯЛ.00001 и сервисное программное обеспечение (СПО) ИБЯЛ.00002, позволяет, на основе результатов измерения молярной доли компонентов, приведенных к стандартным условиям, выполнять расчет физико-химических показателей ГГП – теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе, приведенных к стандартным условиям сгорания в соответствии с ГОСТ 31369-2008.

Примечание – ПО входит в комплект поставки хроматографа.

Градуировка хроматографов в процессе эксплуатации производится автоматически. Метод градуировки – абсолютная градуировка с использованием градуировочной газовой смеси, включающей все измеряемые компоненты пробы ГГП с содержанием компонентов, близким к содержанию в пробе.

Хроматограф сохраняет в энергонезависимой памяти результаты измерений, расчетов и градуировок за последние 35 суток.

1.1.4 Хроматограф относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы ПС для внутренней установки в соответствии с ГОСТ Р 52350.0-2005, с маркировкой взрывозащиты «1Exd[ib]IICT4 X».

1.1.5 Электрическое питание хроматографа осуществляется от сети переменного тока напряжением (230^{+23}_{-46}) В, частотой (50 ± 1) Гц.

Электрическое питание в хроматограф подается через кабельный ввод коробки соединительной.

Кабель электропитания монтируется в защитной оболочке с электрическим соединением оболочки кабеля с корпусом БА посредством элементов конструкции кабельного ввода.

1.1.6 Степень защиты БА по ГОСТ 14254-96 - IP54.

1.1.7 По устойчивости к воздействию климатических факторов хроматограф соответствует климатическому исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, для диапазона температур от 1 до 50 °С.

1.1.8 По устойчивости к воздействию влажности окружающего воздуха хроматограф относится к группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931- 2008.

1.1.9 Рабочие условия эксплуатации хроматографа внутри помещений:

- диапазон температуры окружающей среды - от 1 до 50 °С;
- диапазон атмосферного давления - от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- диапазон относительной влажности окружающей среды при температуре 35 °С, без конденсации влаги - от 30 до 80 %;
- в помещениях со степенью загрязнения 2 по ГОСТ Р 52319-2005;
- высота установки над уровнем моря – до 1000 м;
- количество ТСК – один;
- температурный режим ТСК - изотермический;
- диапазон рабочих температур ТСК - от 60 до 130 °С;
- тип применяемых детекторов – ДТП;
- количество ДТП – два;
- диапазон рабочих температур ТСД - от 60 до 130 °С;
- диапазон установки тока через чувствительные элементы ДТП от 50 до 200 мА;
- газ-носитель - гелий газообразный марки А по ТУ 51-940-80 с содержанием основного компонента не менее 99,99 % или гелий газообразный высокой чистоты Марки «60» ТУ 0271-001-45905715-02 с содержанием основного компонента 99,9999 % объемной доли;
- давление газа-носителя на входе БПГ от 0,3 до 0,6 МПа;
- расход газа-носителя от 2 до 40 мл/мин;
- расход вспомогательного газа на более 15 л/сут. (11 мл/мин);

- вспомогательный газ для управления пневмоавтоматикой - азот особой чистоты или технический по ГОСТ 9293-74 или воздух Кл.1 ГОСТ 17433-80;

- давление вспомогательного газа на входе БПГ от 0,3 до 0,6 МПа;

- давление анализируемого газа на входе БПГ – от 0,02 до 0,4 МПа;

- расход анализируемого газа на входе БА не более 50 мл/мин;

- содержание влаги в анализируемом газе не более 5,0 г/м³;

- диапазон температуры анализируемого газа на входе БПГ от 10 до 60 °С;

- содержание твердых частиц в анализируемом газе и газе-носителе:

а) диаметром более 2 мкм - не более 0,05 мг/м³;

б) диаметром менее 2 мкм - не более 1 мг/м³;

- приведенные условия проведения измерений: температура 20 °С, давление 101,325 кПа в соответствии с ГОСТ 31369-2008;

- приведенные условия сгорания: температура 25 °С, давление 101,325 кПа в соответствии с ГОСТ 31369-2008.

Примечание – В качестве вспомогательного газа может использоваться газ-носитель.

1.1.10 Установленные (рекомендуемые) параметры проведения градуировки и измерения в соответствии с таблицей 1.1.

1.1.11 Для отображения измерительной и служебной информации, архивирования результатов измерений, формирования отчетов, настройки и диагностики работы хроматографа используется программное обеспечение обработки хроматографической информации, устанавливаемое на ПК. СПО, устанавливаемое на ПК, позволяет одновременно обрабатывать информацию от 255 хроматографов, подключенных в общую сеть.

Таблица 1.1

Параметр	Единица физической величины	Значение
Давление газа-носителя на входе БПГ	МПа	0,4
Давление газа-носителя на входе БА	МПа	0,3
Суммарный расход газа носителя по каналам ДТП1, ДТП2	мл/мин	30
Давление вспомогательного газа на входе БПГ	МПа	0,5
Давление вспомогательного газа на входе БА	МПа	0,35
Давление пробы (ГСО-ПГС) на входе «ПРОБА» БПГ	МПа	0,3
Расход пробы (ГСО-ПГС) в канале «ПРОБА» БПГ	мл/мин	от 25 до 50
Температура термостата колонок ¹⁾	°С	60 - 70
Ток через чувствительные элементы ДТП1, ДТП2	мА	200
Температура ТСД1, ТСД2 ²⁾	°С	60 -70
¹⁾ - Устанавливается значение, указанное в паспорте на колонку. ²⁾ - Устанавливается значение, равное температуре термостата колонок. Текущие значения «Т,°С», отображаемые в открывающихся панелях «Детектор 1», «Детектор 2» главного окна программы (см. РО), как правило, имеют большую величину, зависящую от температуры окружающего воздуха.		
Количество хроматографических колонок – пять: 1 колонка - 0,25 м / 2 мм, Пирапак N - 50/80 меш, DC-200 15 %; 2 колонка – 2,5 м / 2 мм, Пирапак N - 50/80 меш, DC-200 15 %; 3 колонка - 3 м / 2 мм; Цеолит NaX - 60/80 меш; 4 колонка - 0,25 м / 2 мм, Хромосорб PAW - 50/80 меш, DC-200 28 %; 5 колонка - 4 м / 2 мм; Хромосорб PAW - 45/60 меш, DC-200 28 % + 5м/Bond/Na ₂ SO ₄ .		
Примечания 1 Рекомендуемые (установленные по умолчанию) времена переключения кранов в меню «Настройка»\ «Параметры хроматографа»\ «Параметры управления клапанами» (см. РО). 2 Установленное по умолчанию содержание неанализируемых компонентов (% молярной доли), указанные в меню «Настройка»\ «Параметры хроматографа»\ «Неанализируемые компоненты» (см. РО), имеет нулевые значения.		

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Электрическое питание хроматографа (БА) осуществляется от сети переменного тока напряжением (230^{+23}_{-46}) В, частотой (50 ± 1) Гц.

1.2.2 Потребляемая хроматографом мощность, ВА, не более:

- в режиме прогрева 170;
- в номинальном режиме 60.

1.2.3 Масса съемных блоков хроматографа, кг, не более:

- БА 60;
- БПГ 30.

1.2.4 Габаритные размеры съемных блоков хроматографа, мм, не более:

- БА 650×630×425;
- БПГ 520×510×370.

1.2.5 Хроматограф имеет каналы связи с внешним оборудованием:

- через последовательный интерфейс (RS485) (искробезопасная цепь);
- по сети Ethernet по кабелю в защитной оболочке.

Примечания

1 Протокол обмена с внешним оборудованием - MODBUS RTU.

2 Скорость передачи информации по каналам связи RS485 от 1200 до 57600 бод.

1.2.6 Длина линий связи по информационным каналам, м, не более:

- при соединении по интерфейсу RS485 1000;
- по сети Ethernet по электрическому кабелю 80.

1.2.7 Газовые каналы хроматографа сохраняют герметичность при избыточном давлении 0,4 МПа в канале сброса.

Падение давления за 20 мин не превышает 2 % от начального значения.

1.2.8 Время выхода на режим - не более 120 мин.

1.2.9 ПО хроматографа, аттестуемое в соответствии с МИ 2174-91, обеспечивает:

- расчет и представление молярных долей компонентов пробы ГПП в соответствии с ГОСТ 31371.1-2008, ГОСТ 31371.2-2008, ГОСТ 31371.7-2008;

- расчет и представление физико-химических показателей ГПП в соответствии с ГОСТ 31369-2008.

1.2.10 ПО хроматографа обеспечивает:

- формирование ежедневно обновляемого файла «Анализ» с содержанием среднечасовых и среднесуточных значений молярных долей компонентов и физико-химических показателей ГПП;

- формирование файла «Архив анализов» с содержанием среднесуточных значений молярных долей компонентов и физико-химических показателей ГТП;
- формирование файла «Архив градуировок» с содержанием средних значений градуировочных коэффициентов и их размаха, определяемых при каждой периодической градуировке в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008, для построения контрольных карт по ГОСТ 31371.1-2008.

1.2.11 ПО хроматографа имеет проверяемый при каждом включении и загрузке идентификатор в виде строки символов, имеющий составной формат

N1XX- N2XX-N3XX-N4XX-N5XX,

где N1 – версия файла «hromat900.exe» (СПО);

N2 – версия файла «hrmtlchk.dll.» (СПО);

N3 – версия файла «h9001.exe» (ВПО);

N4 – версия файла «ucint.exe» (ВПО);

N5 – версия файла «calculator.exe» (ВПО);

XX – значение контрольной суммы соответствующего файла, вычисленное по алгоритму CRC16.

Составляющие идентификатора, не отвечающие за метрологически контролируемые части ПО (N1XX, N3XX, N4XX), могут меняться при обновлении ПО разработчиком.

1.2.12 ВПО осуществляет защиту интерфейса проверкой соответствия принимаемых команд перечню допустимых команд и путем контроля целостности входных данных, защиту данных путем проверки их подлинности при обработке, защиту параметров проверкой на соответствие допустимому диапазону значений и контролем целостности перед считыванием значений в ОЗУ, защиту операционной системы с помощью ключа, устанавливаемого при выпуске из производства.

СПО осуществляет защиту интерфейса путем контроля подлинности и целостности входных данных, защиту данных, сохраняемых в архив хроматограмм, проверкой соответствия версии формата файла, целостности и подлинности данных при каждом считывании архивного файла, а также журнала событий проверкой целостности файла журнала при старте СПО, защиту параметров ограничением перечня лиц имеющих доступ к функциям изменения параметров, визуальной маскировкой вводимых символов символом «*», шифрованием и электронной подписью файла, шифрованием ключа и занесением любых изменений параметров в журнал событий.

Контроль целостности и подлинности для всех случаев производится с использованием контрольной суммы, вычисленной по алгоритму CRC16.

1.2.13 Метрологические характеристики

1.2.13.1 Диапазоны измерений молярной доли компонентов ГПП и пределы допускаемой абсолютной погрешности результатов измерения соответствуют данным таблицы 1.2.

Таблица 1.2

Наименование компонента	Диапазон измерений молярной доли компонента ГПП, молярная доля, %	Пределы допускаемой абсолютной погрешности $\Delta(x)^{1)}$, молярная доля, %
Метан	40,0 – 99,97	$-0,0187 \cdot x + 1,88$
Этан	0,005 – 15,0	$0,04 \cdot x + 0,00026$
Пропан	0,005 – 6,0	$0,06 \cdot x + 0,00024$
Изобутан	0,005 – 4,0	$0,06 \cdot x + 0,00024$
н-Бутан	0,005 – 4,0	$0,06 \cdot x + 0,00024$
Изопентан	0,005 – 2,0	$0,06 \cdot x + 0,00024$
н-Пентан	0,005 – 2,0	$0,06 \cdot x + 0,00024$
Неопентан	0,005 – 0,05	$0,06 \cdot x + 0,00024$
Гексаны (C_{6+} высшие) ²⁾	0,005 – 1,0	$0,06 \cdot x + 0,00024$
Диоксид углерода	0,005 – 10,0	$0,06 \cdot x + 0,0012$
Азот	0,005 – 15,0	$0,04 \cdot x + 0,0013$
Кислород	0,005 – 2,0	$0,06 \cdot x + 0,0012$
¹⁾ Граница абсолютной погрешности при доверительной вероятности $P = 0,95$, в процентах, соответствует расширенной абсолютной неопределенности $U(x)$ при коэффициенте охвата $k = 2$ ²⁾ Углеводороды, более тяжелые, чем н-пентан, рассматриваемые как единый «псевдокомпонент» C_{6+} высшие, измеряют как один компонент со свойствами н-гексана; x – значение молярной доли компонента ГПП, %.		

1.2.13.2 Молярная доля метана определяется как разность между 100 % и суммой измеренных значений молярной доли определяемых компонентов и значений молярной доли неопределяемых компонентов, учитываемых как условно-постоянные. Значения молярной доли неопределяемых компонентов должны быть получены из других источников.

1.2.13.3 Расхождение двух последовательных результатов измерений r_j для каждого j -го компонента ГПП, определяемое как $r_j = |x_{j1} - x_{j2}|$, не превышает предельных значений r_j^* , рассчитываемых по формуле

$$r_j^* = 1,4 \cdot \sqrt{(\Delta_j)^2 - 2,0 \cdot (\Delta_j^{град})^2}, \quad (1.1)$$

где Δ_j и $\Delta_j^{град}$ - соответственно пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения молярной доли компонентов ГГП и абсолютные погрешности аттестации молярной доли компонентов в градуировочной газовой смеси, указанные в паспорте, %.

1.2.13.4 Время непрерывной работы хроматографа без корректировки показаний - не менее 24 ч.

1.2 14 Требования устойчивости к внешним воздействиям

1.2.14.1 Хроматограф устойчив:

- к воздействию изменения температуры окружающей среды в диапазоне от 1 до 50 °С;
- к воздействию изменения атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- к воздействию изменения относительной влажности окружающей среды от 30 до 80 % при температуре 35 °С;
- к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения, равной 0,15 мм (группа N1 по ГОСТ Р 52931-2008);
- к изменениям параметров электропитания:
 - а) частоты переменного тока в диапазоне от 49 до 51 Гц;
 - б) напряжения переменного в диапазоне от 184 до 253 В.

1.2.14.2 Хроматограф в упаковке для транспортирования выдерживает:

- воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
- воздействие относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 25 °С;
- воздействие транспортной тряски с ускорением 30 м/с² при частоте от 10 до 120 ударов в минуту.

1.2.14.3 Хроматограф соответствует требованиям к электромагнитной совместимости, предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99.

1.2.15 Требования надежности

1.2.15.1 Средняя наработка на отказ, с учетом технического обслуживания, в условиях эксплуатации, не менее 36000 ч. Критерием отказа хроматографа считать несоответствие любому из требований п.1.2.13.

Ресурс сменных узлов хроматографа (ХК), с учетом технического обслуживания - не менее 3 лет.

1.2.15.2 Средний полный срок службы хроматографа в условиях и режимах эксплуатации, указанных в пп. 1.1.9, 1.1.10 - не менее 10 лет.

1.2.16 В хроматографе реализован режим автоматической градуировки по ГГС с программно устанавливаемым периодом.

1.2.17 Суммарная масса драгоценных материалов в хроматографе, применяемых в его составных частях, в том числе и в покупных изделиях, г:

- золото - 0,00102;
- серебро - 0,82341;
- платина - 0,012091.

1.3 Состав хроматографа

1.3.1 Состав хроматографа соответствует таблице 1.3.

Таблица 1.3

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ИБЯЛ.413538.002	Хроматограф газовый промышленный «Хромат-900-7»	1 шт.	
	Комплект ЗИП	1 компл.	Согласно ИБЯЛ.413538.002ЗИ
ИБЯЛ.413941.010	Комплект монтажных частей	1 компл.	
ИБЯЛ.413538.002ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	1 экз.	
	Комплект эксплуатационных документов	1 компл.	Согласно ИБЯЛ.413538.002ВЭ

1.3.2 Дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному заказу:

- шкаф термостатированный;
- баллоны с газом-носителем и вспомогательным газом;
- баллоны с ГСО-ПГС для проведения периодической поверки;
- баллон с градуировочной ГС - ИПГ с составом и содержанием молярной доли компонентов, близким к составу и содержанию пробы ГТП;
- баллон с контрольной ГС (для периодической проверки правильности измерений);
- источник бесперебойного питания (220 В, 50 Гц, 500 ВА);
- ПК (F > 800 MHz, SDRAM DDR 512 Mb, HDD 60 Gb, CD-ROM);
- устройство отбора пробы из газовой магистрали высокого давления, в том числе: обогреваемый редуктор во взрывозащищённом исполнении, подогреваемая линия отбора пробы, фильтр твердых частиц;
- преобразователь интерфейсов RS485/RS232 - для связи по каналу RS485;
- БРИ - для связи по каналу RS485 (1ExibIIC);
- колонки хроматографические: ИБЯЛ.302411.016-01.01, ИБЯЛ.302561.008-03.01, ИБЯЛ.302561.008-03.04, ИБЯЛ.302511.008-00.00, ИБЯЛ.302561.008-06.00;
- пульт контроля ИБЯЛ.422411.005-01;
- датчик-сигнализатор довзрывоопасных концентраций горючих газов ДАТ-М-06 ИБЯЛ.413216.044-05 (или подобный по функциональному назначению и техническим характеристикам).

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройство хроматографа

1.4.1.1 Хроматограф является стационарным прибором взрывозащищенного исполнения и комплектуется в соответствии с таблицей 1.3.

1.4.1.2 Состав и связи хроматографа с внешними устройствами показаны на общей схеме, приведенной на рисунке 1.1.

Хроматограф состоит из блоков: БПГ, БА и ББ. БПГ и БА смонтированы на общей несущей раме.

БПГ служит для регулировки давлений газа-носителя, вспомогательного газа, давления и расхода пробы и ГГС и ввода их в БА.

БА осуществляет хроматографическое разделение компонентов пробы, их детектирование, расчет физико-химических показателей ГПП и передачу измерительной и служебной информации на ПК. В энергонезависимой памяти БА сохраняются результаты измерений и градуировок за последние 35 суток.

ББ является вспомогательной конструкцией и представляет собой раму для крепления баллонов с газом-носителем, вспомогательным газом и ГГС с установленными на них редукторами давления. При размещении ББ необходимо предусматривать защиту от атмосферных воздействий и обеспечить температурный режим ГГС в диапазоне от 20 до 25 °С.

Хроматограф используется совместно с ПК и ПО управления и обработки хроматографической информации.

ПК посредством ПО служит для отображения измерительной и служебной информации, архивирования результатов измерений, формирования отчетов, настройки и диагностики работы хроматографа. Описание ПО приводится в РО.

Передача данных в информационную сеть осуществляется через последовательный интерфейс RS485 и по сети Ethernet.

Пример подключения БА хроматографа, находящегося во взрывоопасной зоне, к ПК по RS485 и сети Ethernet показан на рисунке 1.1. Здесь ПИ – преобразователь интерфейсов, ДС – датчик-сигнализатор дозврывоопасных концентраций горючих газов взрывозащищенного исполнения (группа ПС).

ГГС используется для проведения градуировки: ручной – по команде оператора и автоматической – с установленной периодичностью. Период автоматической градуировки определяется экспериментально, но не должен быть более 24 ч в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008. В качестве ГГС в условиях эксплуатации должна использоваться ГС с содержанием молярной доли определяемого компонента близким к содержанию в пробе ГПП (ГОСТ 31371.2-2008).

Структурная схема хроматографа показана на рисунке 1.2.





Рисунок 1.1 – Хроматограф газовый промышленный “Хромат-900-7”. Общая схема



1.4.1.3 Основными элементами схемы БА являются ХК1 – ХК5 и ДТП1, ДТП2. ДТП имеют собственные ТСД. Хроматографические колонки размещаются в ТСК вместе с ДО, кранами-коммутаторами газовых потоков (К1 – К3) и пневмосопротивлениями (20, 24).

Регулировка и стабилизация потоков газа-носителя через ХК и рабочие каналы ДТП осуществляется электронными РРГ1, РРГ2, через сравнительные каналы ДТП - пневмосопротивлением (20). Пневмосопротивление (24) имитирует перепад давления на ХК3 при коммутации крана К2.

Измерение давлений газа-носителя, вспомогательного газа и пробы в ДО выполняют соответственно датчики давления ДД1, ДД2 и ДД3.

Управление электрической мощностью, подаваемой на НЭ термостатов, в зависимости от установленных в управляющей программе (см. раздел 2 РО) температур и сигналов с ДТ, осуществляют:

- ТСД - БОС ДТП;
- ТСК – УПТС.

ТР служит для защиты термостатируемых зон от перегрева при авариях УПТС и БОС ДТП.

Посредством БОС ДТП осуществляется установка рабочих токов чувствительных элементов ДТП, защита их от перегрева, формирование разностного сигнала между рабочим и сравнительным каналами, его оцифровка и передача по I²C на МСОС.

МСОС обеспечивает управление режимами работы узлов и устройств БА и БПГ по электрическим каналам и пневматическим каналам с помощью пневмораспределителей (В1 – В5), осуществляет обработку и передачу измерительной и служебной информации на ПК, энергонезависимое хранение информации о результатах измерений и градуировок за последние 35 сут.

МЭП преобразует сетевое напряжение 230 В, 50 Гц в гальванически изолированное напряжение постоянного тока 24 В, которое используется для питания устройств пневмоавтоматики, НЭ ТСД и вторичных преобразователей БОС ДТП и МСОС. Подача напряжения сети на МЭП БА осуществляется через кабельный ввод (28) коробки соединительной (23) и ФЭМП.

Электрические соединения БА хроматографа по каналам передачи информации RS 485 с внешним оборудованием осуществляется с помощью разъемов (22) через БРИ (21). Подключение БА хроматографа по сети Ethernet – через кабельный ввод (27) коробки соединительной. Ввод (вывод) газов в оболочку БА – через огнепреградители (18) и (19) различной конструкции. Соединитель (25) обеспечивает газообмен между внутренним объемом оболочки и ДС.

1.4.1.4 БПГ предназначен для подключения БА к устройству отбора пробы (см. приложение Д), к баллонам с газом-носителем, вспомогательным газом и ГГС, очистки с помощью фильтров: (Ф1) - вспомогательного газа от влаги, (Ф2) - газа-носителя от остаточного содержания влаги, очистки газов от содержания твердых примесей, регулировки и контроля давлений совместно с ББ в диапазонах согласно таблице 1.1, а также для регулировки и контроля объемных расходов газов.

Подключения осуществляются с помощью фитиновых соединителей компрессионного типа (1 - 4) с встроенными сменными фильтрами твердых частиц. Регулировка давлений в каналах вспомогательного газа и газа-носителя БА выполняется с помощью регуляторов давления (5,6). Контроль давления пробы осуществляет манометр «сквозь-поток» (10) для особо чистых сред с малым «мертвым объемом».

Регулировка давления пробы на входе в БПГ осуществляется редуктором давления устройства отбора пробы.

Регулировка объемного расхода пробы и ГГС в режиме автоматической градуировки через ДО БА осуществляется с помощью регулируемого пневмосопротивления (17) по индикатору (16).

Регулировка расхода пробы через байпасный канал осуществляется регулируемым пневмосопротивлением (8) по индикатору (7). Байпасный канал предназначен для увеличения расхода от устройства отбора пробы и ГГС с целью улучшения воспроизводимости результатов измерений. Максимальный расход, устанавливаемый по байпасному каналу - 100 мл/мин.

Автоматическое переключение аналитического канала с канала отбора пробы на канал ГГС в режиме градуировки осуществляется кранами «продувки» (9, 11) с пневматическим управлением.

Краны (9, 11) также осуществляют отключение подачи пробы и ГГС перед началом каждого аналитического цикла для выравнивания давления в ДО с атмосферным.

Фрагмент газового канала, показанный на структурной схеме штрихпунктирной линией (26), изготавливается из стальных трубок с внутренним покрытием, химически стойким и не сорбирующим компоненты пробы.

Внешний вид хроматографов показан на рисунке 1.3.

1.4.1.5 Устанавливаемые с помощью редукторов (22, 24, 26) и регуляторов (2, 10,) (см. рисунок 1.3) интервалы рабочих давлений газов на входе БПГ и БА приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Наименование входа БПГ (БА)	Давление на входе БПГ, МПа	Давление на входе БА, МПа
«ПРОБА»	0,02-0,40	0,02-0,40
«ГАЗ-НОСИТЕЛЬ»	0,45-0,60	0,3-0,4
«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГАЗ»	0,45-0,60	0,3-0,5
«ГГС»	-	0,2-0,4

Примечание - В качестве вспомогательного газа может использоваться газ-носитель или воздух из пневмомагистрали кл.1 по ГОСТ 17433-80.

1.4.1.6 Процесс хроматографического разделения и детектирования компонентов пробы ГГП осуществляется в двух параллельных каналах (см. рисунок 1.4). Канал разделения и детектирования диоксида углерода, этана, кислорода и азота (первый канал) включает в себя ХК1, ХК2, ХК3; ДТП1; кран-инжектор К1, управляемый клапаном В2, переключающий кран К2, управляемый клапаном В5 и ДО1. Канал разделения и детектирования углеводородов $C_3 - C_5$, C_{6+} и выше (второй канал) включает в себя ХК4, ХК5; ДТП2; кран-инжектор К3, управляемый клапаном В1 и ДО2.

Клапан В3 включает (отключает) подачу пробы, клапан В4 включает (отключает) подачу ГГС.

Схема разделения компонентов пробы ГГП показана на рисунках 1.5 и 1.6.

В исходном состоянии (отбор пробы) краны находятся в положении, показанном на рисунке 1.4. При этом проба с расходом 25 – 50 мл/мин, устанавливаемым и контролируемым в блоке подготовки газов (БПГ) хроматографа, подается последовательно через ДО1, ДО2 на канал сброса. Газ-носитель с расходом, заданным электронными регуляторами, подается в первом канале через ХК2, ХК3, ХК1 на ДТП1 (см. рисунок 1.5(а)) и во втором канале через ХК5, ХК4 на ДТП2 (см. рисунок 1.6 (а)).

Анализ пробы начинается с переключения клапана (В3) (прерывание потока пробы) на 20 - 30 с для выравнивания давления пробы в дозирующих объемах с атмосферным. По истечении времени выравнивания давления переключаются краны К1 и К3, осуществляя ввод пробы (инжекцию) в ХК1, ХК2, ХК3 – первого канала (см. рисунок 1.5 (б)) и в ХК4, ХК5 – второго канала (см. рисунок 1.6 (б)).




Рисунок 1.4 – Схема анализа

Через 60 - 70 с с момента начала анализа кран K1 первого канала и через 90 - 100 с кран K3 второго канала переключаются в исходное состояние. При этом хроматографические колонки XK1 первого канала и XK4 второго канала переключаются в режим обратной продувки с элюированием на соответствующие детекторы одним пиком компонентов C_{3+} в первом канале (см. рисунок 1.5(в)) и C_{6+} во втором канале (см. рисунок 1.6(в)).

Далее во втором канале происходит элюирование через продутую колонку XK4 на ДП2 компонентов пробы $C_3 - C_5$, разделенных в XK5 (см. рисунок 1.6(в)). В первом канале через 110 - 120 с с момента начала анализа переключается кран K2. При этом XK3 с «запертыми» в ней кислородом и азотом замещается эквивалентным пневмосопротивлением ПС и осуществляется элюирование через продутую колонку XK1 на ДП1 диоксида углерода и этана, разделенных в XK2 (см. рисунок 1.5(г)).




Рисунок 1.5 - Схема разделения компонентов пробы ГГП – первый канал




Рисунок 1.6 - Схема разделения компонентов пробы ГГП – второй канал

Через 580 - 590 с с момента начала анализа происходит обратное переключение крана К2 и элюирование через ХК1 на ДПП1 кислорода и азота, разделенных в ХК3 (см. рисунок 1.5(д)).

В дальнейшем процесс автоматически повторяется с периодом, равным длительности цикла анализа – 15 мин. Молярная доля метана в пробе ГГП рассчитывается по разности в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008.

Процедура автоматической градуировки проводится не реже одного раза в сутки в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008. Процедура градуировки начинается с переключения клапана (В4) (см. рисунок 1.4) на ГГС и включает все процессы, описанные ранее, с последующим расчетом градуировочных коэффициентов, которые используются для расчета молярных долей компонентов по выходным параметрам (площадям или амплитудам пиков) хроматографического процесса. Процедура градуировки и требования к ГГС описаны в разделе 3 РО («Градуировка»).

По измеренным молярным долям компонентов рассчитываются физико-химические показатели ГГП в соответствии с ГОСТ 31369-2008.

Времена переключения кранов для заданных условий измерения и состава аналитической схемы определяются экспериментально с использованием газовой смеси, включающей все измеряемые компоненты или смеси с характерными компонентами.

1.4.2 Обеспечение взрывозащищенности

1.4.2.1 Хроматограф имеет маркировку взрывозащиты «1Exd[ib]IICT4 X», соответствующую ГОСТ Р 52350.0-2005, ГОСТ Р 52350.1-2005, ГОСТ Р 52350.11-2005.

1.4.2.2 Взрывозащищенность хроматографа (БА) достигается видом - «взрывонепроницаемая оболочка» (d) по ГОСТ Р 52350.1-2005 и «искробезопасная электрическая цепь» (ib) по ГОСТ Р 52350.11-2005. Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (d) обеспечивается резьбовыми соединениями, плоскими и цилиндрическими соединениями, способными выдерживать давление взрыва воспламенившейся смеси без повреждения и передачи воспламенения в окружающую взрывоопасную среду согласно ГОСТ Р 52350.1-2005. Для подведения электропитания в хроматографе применен кабельный ввод коробки соединительной ST-29.1V, имеющей взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты «1ExdIICT5/T6». Для герметизации кабельного ввода применена втулка из эластичного материала.

Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (ib) обеспечивается гальванической развязкой искробезопасных цепей от искроопасных цепей, ограничением тока и напряжения до безопасных величин на выходящих из оболочки электрических цепях каналов передачи информации посредством резистивно-диодных искробезопасных барьеров по ГОСТ Р 52350.11-2005, монолитностью (без трещин, отслоений и воздушных включений) заливки платы искрозащиты компаундом «Виксинт ПК-68», марки А ТУ 38.103508-81. Толщина слоя заливки в отсеке над неизолированными токоведущими частями - не менее 3 мм.

1.4.2.3 Электрические цепи интерфейсов RS485 являются искробезопасными с параметрами: $U_m = 250$ В; $U_0 = 15$ В; $I_0 = 200$ мА; $C_0 = 0,27$ мкФ; $L_0 = 0,43$ мГн.

Электрические цепи интерфейсов RS485 гальванически развязаны от цепи питания хроматографа, от заземляемого корпуса и от цепи интерфейса Ethernet.

1.4.2.4 Передача информации по сети Ethernet осуществляется по электрическому кабелю в защитной оболочке или по электрическому кабелю, проложенному внутри металлического трубопровода из взрывобезопасной зоны.

1.4.2.5 Элементы конструкции БПГ и ББ изготавливаются из материалов: сталь 3сп, 08пс, 20, 12Х18Н10Т, сплав Амг3М, не содержат сплавов с фрикционной искроопасностью и пластмасс, инициирующих электростатические разряды.

1.4.2.6 Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты (БА) в составе хроматографа «Хромат-900-7», означает:

- подключаемая к БА по интерфейсу RS485 аппаратура должна иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ Р 52350.11-2005, а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения хроматографа во взрывоопасной зоне;

- помещение, в котором размещается хроматограф в условиях эксплуатации, должно было оборудовано датчиком-сигнализатором (ДС) дозврывоопасных концентраций горючих газов с газопроводом, соединенным с внутренним объемом БА;

- газопровод должен быть смонтирован согласно чертежу средств взрывозащиты, приведенному в приложении А.

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка хроматографа соответствует ГОСТ Р 52350.0-2005, ГОСТ 26828-86, ГОСТ Р 52319-2005 и чертежам предприятия–изготовителя.

1.5.2 На скобах, фиксирующих крышки БА, нанесены рельефным шрифтом надписи «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НЕ ОТКРЫВАТЬ 60 МИН».

1.5.3 На корпусе БА нанесен предупреждающий символ №14 по ГОСТ Р 52319-2005, свидетельствующий о необходимости изучения эксплуатационной документации перед началом работы.

1.5.4 На табличках, расположенных на корпусе БА, нанесена следующая информация:

а) на одной:

- товарный знак (наименование) предприятия–изготовителя;
- условное наименование хроматографа;
- условное наименование блока;
- заводской порядковый номер;
- год изготовления (две последние цифры) и квартал изготовления;
- маркировка степени защиты корпуса БА по ГОСТ 14254-96;
- диапазон рабочих температур;
- напряжение, частота питания, максимальная потребляемая мощность;
- знак утверждения типа по ПР 50.2.107-09;
- знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р по ГОСТ Р 50460-92;
- ИБЯЛ.413538.002 ТУ.

б) на другой:

- условное наименование хроматографа;
- знак соответствия и номер сертификата соответствия в системе сертификации Ех - оборудования и название органа по сертификации взрывозащищенных средств измерений, выдавшего данный сертификат;

- маркировка взрывозащиты;
- параметры искробезопасных цепей.

1.5.5 На панели БПГ нанесена следующая информация:

- условное наименование хроматографа;
- условное наименование блока.

1.5.6 На коробке соединительной нанесена следующая информация:

- маркировка взрывозащиты;
- маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96.

1.5.7 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.008-85, ГОСТ 26.020-80.

Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность, позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении рабочего места.

1.5.8 У органов управления нанесены надписи или обозначения, указывающие назначение этих органов.

Внешний зажим защитного заземления имеет обозначение в виде символа № 6 по ГОСТ Р 52319-2005.

1.5.9 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, чертежам предприятия-изготовителя и имеет манипуляционные знаки: «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО»; «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ»; «ВЕРХ».

1.5.10 Транспортная маркировка нанесена непосредственно на тару.

1.5.11 Транспортная маркировка содержит:

- основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пункта назначения;
- дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций;
- информационные надписи с указанием массы брутто и нетто в килограммах, габаритных размеров в миллиметрах (длина, ширина, высота);
- минимальная температура транспортирования – минус 50 °С.

1.6 Упаковка

1.6.1 Хроматограф относится к группе III-I по ГОСТ 9.014-78.

Упаковка производится для условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Вариант внутренней упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78.

1.6.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

1.6.3 В упаковочный ящик вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение хроматографа;
- дату упаковки;
- подпись и штамп ответственного за упаковку и штамп ОТК;
- массу нетто и массу брутто.

1.6.4 Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

2 Использование по назначению

2.1 Общие указания по эксплуатации

2.1.1 Хроматограф соответствует общим требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 52350.0-2005, ГОСТ Р 52350.1-2005, ГОСТ Р 52350.11-2005, ГОСТ Р 52319-2005, ГОСТ 14254-96.

2.1.2 Защита от поражения электрическим током в БА обеспечена защитным соединением по ГОСТ Р 52319-2005.

2.1.3 К оперативному обслуживанию хроматографа допускаются лица, изучившие материальную часть, эксплуатационную документацию на хроматограф, знающие правила эксплуатации электроустановок, в том числе во взрывоопасных средах (главы 3.4 и 7.3 ПУЭ), правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

2.1.4 Условия, срочность работы или другие причины не являются основанием для нарушения правил техники безопасности.

2.1.5 Сброс газов при эксплуатации и проверке хроматографа по ГСО-ПГС должен осуществляться за пределы помещения согласно «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ12-529-030) и «Правилам безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (ПБ12-609-03).

2.1.6 Во время эксплуатации, ежесменно, хроматограф должен подвергаться внешнему осмотру.

При внешнем осмотре необходимо проверять:

- наличие и целостность пломб. Пломбы должны иметь четкий оттиск клейма;
- наличие и целостность маркировок взрывозащиты и степени защиты;
- отсутствие на корпусе хроматографа вмятин, царапин или иных механических повреждений, влияющих на работоспособность хроматографа или снижающих его степень защиты;
- отсутствие на корпусе хроматографа коррозии, нарушений лакокрасочных покрытий;
- наличие всех крепежных элементов;
- отсутствие повреждений оболочки кабелей;
- надежность присоединения к хроматографу кабелей питания и связи;

- качество заземления хроматографа. В местах подсоединения заземляющего проводника не должно быть следов ржавчины и окисления, место соединения наконечника с корпусом хроматографа должно быть зачищено до металлического блеска и покрыто смазкой ЦИАТИМ-201;

- соответствие давлений газа-носителя, вспомогательного газа, пробы и ГСО-ПГС на входах в БПГ и БА данным таблицы 1.4;

- подключение и работоспособность ДС.

ВНИМАНИЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХРОМАТОГРАФА С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И ДРУГИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

2.1.7 Ремонт хроматографа должен производиться в соответствии с ГОСТ Р 52350.0-2005, только за пределами взрывоопасной зоны.

При ремонте хроматографа произвести профилактический осмотр. При этом произвести внешний осмотр по п. 2.1.7 и дополнительно проверить состояние средств взрывозащиты в соответствии с чертежом средств взрывозащиты (см. приложение А).

2.1.8 На передней панели БА нанесен предупреждающий символ № 14 по ГОСТ Р 52319-2005, свидетельствующий о необходимости изучения эксплуатационной документации перед началом работы.

2.1.9 Запрещается эксплуатировать хроматограф в условиях и режимах, отличающихся от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

2.1.10 Монтаж и подключение хроматографа должны проводиться при отключенном электропитании. При эксплуатации хроматограф должен устанавливаться так, чтобы не возникло трудностей с его отключением.

Монтаж хроматографа при строительстве нового объекта, реконструкции или ремонте существующего следует проводить как можно ближе к окончанию строительных работ, но до того, как станет возможно появление взрывоопасных газов и паров, с тем, чтобы предотвратить повреждение хроматографа вследствие проведения таких работ, как сварка или покраска.

Если хроматограф уже смонтирован на месте установки, необходимо защитить его от загрязнения, возможного при проведении строительных работ, с помощью герметичного материала, а также следует снабдить его четкой маркировкой, предупреждающей, что хроматограф отключен.

2.1.11 В случае загрязнения корпуса хроматографа необходимо, при отключенном электропитании, удалить загрязнение тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

2.1.12 При работе с газами в баллонах под давлением должны соблюдаться требования безопасности согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ-03-576-03).

Требования техники безопасности и производственной санитарии выполняют согласно «Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения» ПОТ РО-14000-001-98.

Требования безопасной работы с природным газом регламентируются «Правилами безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ-12-368-00) и «Правилами технической эксплуатации магистральных газопроводов» (ВРД 39-1.10-006-2000).

2.1.13 По месту эксплуатации хроматограф монтируется совместно с ДС дозрывоопасных концентраций горючих газов.

ДС служит для контроля газовой среды внутри взрывонепроницаемой оболочки хроматографа и в помещении его установки и выдачи предупреждающих сигналов при достижении концентрации горючих газов порогового значения 20 % НКПР.

Монтаж ДС проводить в соответствии со схемой подключения приложения Б.

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ ЗАЩИТА, ПРИМЕНЕННАЯ В ДАННОМ ОБОРУДОВАНИИ!

Примечание – При нахождении в помещении более одного хроматографа допускается их подключение к одному ДС.

ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАЦИИ ДС ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- отключить электропитание хроматографа;
- прекратить подачу пробы на вход БПГ хроматографа;
- провести работы по обнаружению и устранению утечки.

2.2 Подготовка хроматографа к использованию

2.2.1 Перед установкой выдержать хроматограф в упаковке в течение 4 ч (после воздействия отрицательных температур, резко отличающихся от рабочих, - в течение 24 ч).

2.2.2 Хроматограф устанавливается в помещении (термостатируемом шкафу), обеспечивающем условия эксплуатации в соответствии с п.1.1.9 настоящего РЭ.

2.2.3 Подключаемые устройства, имеющие невзрывозащищенное исполнение (ПК), размещают за пределами взрывоопасной зоны.

2.2.4 Для подготовки хроматографа к использованию необходимо:

- установить его в рабочее положение;
- выполнить подключение защитного соединения;
- подключить внешние коммуникации:
 - а) газовые каналы;
 - б) электропитание;
 - в) каналы связи;
- подключить датчик-сигнализатор (ДС);
- произвести внешний осмотр в соответствии с п.2.1.7;
- проверить работоспособность.

2.2.5 Установка в рабочее положение

2.2.5.1 Установить модуль газоаналитический (БА, БПГ, стойка) на основании и закрепить используя монтажные отверстия (см. приложение Б).

2.2.6 Подключение защитного соединения

2.2.6.1 Подключение внешнего защитного соединения выполнить с помощью болта и гнезда находящегося на корпусе БА рядом с фитингом подсоединения коробки соединительной, в соответствии с ГОСТ Р 52319-2005.

2.2.7 Подключение внешних коммуникаций

2.2.7.1 Подключение газовых каналов

2.2.7.1.1 В соответствии с рисунком 1.3 и схемой подключения (см. приложение Б) выполнить следующие действия:

- демонтировать транспортные заглушки с входов каналов подключения «ГАЗ-НОСИТЕЛЬ», «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГАЗ», «ПРОБА», «ГГС»;

- установить газовые краны (5, 8, 9) в закрытое положение (стрелка-указатель ручки вертикально), выкрутить ручки регуляторов давления (2, 10) до упора против часовой стрелки (закрыть);

- смонтировать баллоны с газом-носителем, вспомогательным газом и ГГС на раме блока баллонного (21) с помощью хомутов (28);

- установить на баллон с газом-носителем (25) редуктор давления (24) РД № 1, на баллон с ГГС (23) редуктор давления (22) РД № 2, на баллон с вспомогательным газом (27) редуктор давления (26) РД № 3 из комплекта хроматографа;

- подключить выходы редукторов через переходники Пр № 1 к каналам БПГ стальной трубкой диаметром 1/8”:

а) баллон с газом-носителем к каналу «ГАЗ-НОСИТЕЛЬ» (12);

б) баллон с вспомогательным газом к каналу «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГАЗ» (11);

в) баллон с ГГС к каналу «ПРОБА» (4).

2.2.7.1.2 Установить расход канала «ПРОБА», для чего: открыть вентиль баллона (23), редуктором (22) установить давление на входе БПГ 0,3 МПа, дополнительно проконтролировать такое же давление на манометре «сквозь-поток» (6). Открыть кран (5) и регулятором расхода канала пробы (16) по индикатору (14) установить расход 25-30 мл/мин.

2.2.7.1.3 Закрыть вентиль баллона (23) и переключить трубку с выхода редуктора (22) на вход канала «ГГС» (13) БПГ.

Устанавливаемые редукторы, переходники и трубки с накидными гайками фитингов и ферулами входят в состав ББ ИБЯЛ.413534.004 хроматографа и упаковываются согласно ИБЯЛ.413945.087-03.

Примечание - В состав ГГС должны входить все определяемые компоненты пробы (ГГП). Допускаемое относительное отклонение значений молярной доли компонента в градуировочном газе и пробе не должно превышать значений, указанных в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Значение молярной доли компонента в пробе, %	Относительное отклонение значения молярной доли компонента в градуировочном газе от его значения в пробе, %
От 0,001 до 0,1 включ.	± 100
Св. 0,1 до 1,0 включ.	± 50
Св. 1,0 до 10 включ.	± 10
Св. 10 до 50 включ.	± 5
Св. 50 до 100 включ.	± 3

2.2.7.1.4 Проверить герметичность подключений каналов «ГАЗ-НОСИТЕЛЬ», «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГАЗ», «ГГС», выполнив следующие действия:

- установить заглушку ИБЯЛ.711111.130-01 из комплекта ЗИП в фитинг канала «СБРОС»;
- выкрутить ручки редукторов давления (22, 24, 26) до упора против часовой стрелки (закрыть);
- в произвольной последовательности открыть вентили баллонов (23, 25, 27) и редукторами установить давления на входе в БПГ в соответствии с верхней границей диапазонов давления, указанных в таблице 1.4;
- регулятором давления (10) канала «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГАЗ» установить на входе в БА давление, соответствующее верхней границе диапазона давления, указанного в таблице 1.4;
- регулятором давления (2) канала «ГАЗ-НОСИТЕЛЬ» установить на входе в БА давление, соответствующее верхней границе диапазона давления, указанного в таблице 1.4;
- редуктором давления (22) канала «ГГС» установить на входе в БА давление, соответствующее верхней границе диапазона давления, указанного в таблице 1.4;
- открыть газовые краны (9, 8) (стрелка-указатель ручки - горизонтально);
- установить регулятор расхода байпасного канала (17) в открытое состояние, повернув ручку на один – два оборота против часовой стрелки;
- для установления давления газов в газовых каналах хроматографа – выдержать 30 мин;
- закрыть вентили баллонов и проконтролировать спад показаний манометров высокого давления редукторов (22, 24, 26) от максимального значения.

Спад давления по любому из каналов за 30 мин не должен превышать 5 % от исходного.

2.2.7.1.5 При невыполнении требований по герметичности смотри п. 2.3.2 «Возможные неисправности и способы их устранения».

2.2.7.1.6 После завершения проверки на герметичность, закрыть все газовые краны, регуляторы, редукторы давления и регулятор расхода байпасного канала. Демонтировать заглушку ИБЯЛ.711111.130-01 (вернуть в ЗИП) и соединить фитинг канала «СБРОС» компрессионного типа с магистралью сброса стальной трубкой с наружным диаметром 1/4“.

2.2.8.2 Подключение электропитания

2.2.8.2.1 Для электропитания хроматографа используется 3-х проводной бронированный кабель с медными жилами типа ВБВ 3×1,5 ТУ 16-505.836-78 или аналогичный с сопротивлением жилы не более 10 Ом и диаметром под оболочкой 6 – 12 мм, подключаемый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52350.1-2005, ГОСТ Р 51330.13-99.

Для защиты сети питания хроматографа от короткого замыкания может использоваться автоматический выключатель АВБС202С6 (с хроматографом не поставляется) или аналогичный типа «С» с номинальным рабочим током 6 А.

Схема подключения электропитания показана на схеме подключения (см. приложение Б).

Способ подключения – в соответствии с требованиями приложения В.

2.2.8.3 Подключение каналов связи

2.2.8.3.1 Подключение БА хроматографа по каналу связи RS485 к внешнему оборудованию осуществляется по 3-х проводному экранированному кабелю. Подключаемое оборудование должно иметь искробезопасные электрические цепи с параметрами (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования), соответствующими условиям применения во взрывоопасной зоне. Подключение БА хроматографа к ПК осуществляется через преобразователь интерфейсов RS485/RS232 (ADAM-4520) с искробезопасным барьером уровня ib (БРИ) со стороны кабеля связи. Схема подключения приведена в приложении Г.

2.2.8.3.2 Подключение БА к каналу связи Ethernet производится с помощью кабеля из 4-х витых пар с прокладкой кабеля в защитной оболочке. Подключение выполняется через соединитель RJ45 коробки соединительной взрывозащищенной с обозначением «Ethernet» (см. приложение В).

2.2.8.3.3 Рекомендуемые марки кабелей связи:

- канал RS485 – МКЭШВ 1×2×0,5 ТУ 16 К13-0,27-2001;
- сеть Ethernet – 24AWG, Cat.5E, или подобные по конфигурации и электрическим параметрам.

2.2.8.3.4 Требования к прокладке кабелей согласно ГОСТ Р 51330.13-99.

Примечание - При размещении хроматографа вне взрывоопасной зоны допускается подключение ПК к информационным каналам RS485 без БРИ, подключение к каналу Ethernet с использованием кабеля без защитной оболочки.

2.2.8.4 Подключение датчика-сигнализатора

2.2.8.4.1 Произвести установку датчика-сигнализатора (ДС) в соответствии с эксплуатационной документацией (ДАТ-М-06 – ИБЯЛ.413216.044 РЭ).

2.2.8.4.2 Смонтировать газопровод, соединяющий БА с ДС согласно чертежу средств взрывозащиты, приведенному в приложении А.

2.2.9 Проверка работоспособности

2.2.9.1 Подача газов

2.2.9.1.1 Подать газ-носитель и вспомогательный газ в хроматограф, для этого:

- открыть вентили баллонов с газом-носителем и вспомогательным газом, с помощью редукторов давления (24,26) (см. рисунок 1.3) установить давление на входе в БПГ 0,6 МПа;

- регулятором давления (10) канала «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГАЗ» установить давление от 0,4 до 0,5 МПа;

- открыть краны (8,9) каналов «ГАЗ-НОСИТЕЛЬ» и «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГАЗ» (стрелка-указатель ручки горизонтально);

- регулятором давления (2) канала «ГАЗ-НОСИТЕЛЬ» установить давление от 0,3 до 0,4 МПа.

Примечание –После монтажных работ необходимо провести регенерацию ХК в соответствии с методикой п.3.5 настоящего РЭ.

2.2.9.1.2 Подать ГГС в хроматограф, для этого:

- открыть вентиль баллона (23), с помощью редуктора давления (22) установить давление на входе в БПГ 0,3 МПа;

- открыть кран (6) канала «ПРОБА».

2.2.9.2 Включить электропитание хроматографа. Провести контроль исправности хроматографа и готовности к работе, используя ПО ПК и, как вспомогательное средство, пульт контроля, если он приобретен дополнительно.

Примечания

1 Контроль исправности и готовности к работе проводится через 120 мин (время выхода на режим) после включения электропитания хроматографа.

2 Пульт контроля используется для предварительной диагностики хроматографа при его нахождении во взрывоопасной зоне.

3 При выпуске из производства (первичной поверке) в хроматографе установлены рекомендуемые режимы (параметры) проведения градуировки и измерения (см. таблицу 1.1).

4 При последующих включениях хроматографа устанавливаются ранее сохраненные режимы.

2.2.9.3 Последовательность операций при использовании пульта контроля ИБЯЛ.422411.005-01 согласно ИБЯЛ.422411.005-01 РЭ.

2.2.9.3.1 Подключить ПК к хроматографу, следуя указаниям п.2.2.8.3 и схемам подключения (см. приложения Б и Г).

2.2.9.3.2 Установить ПО ПК, выполнив действия согласно РО.

В открывающихся панелях «Параметры хроматографа», «Детектор 1», «Детектор 2» главного окна программы проконтролировать и, при необходимости, установить в меню «Настройка»\ «Параметры хроматографа»\ «Общие», «Детектор 1», «Детектор 2» (см. РО):

- температура ТСК - «Т колонок, °C» (от 60 до 70 °C) (см. таблицу 1.1);

- температура внутри оболочки БА – «Т оболочки, °C» (от 1,0 до 70,0 °C);

- давление газа-носителя - «Р газа-носителя, МПа» (от 0,30 до 0,40 МПа);
- давление вспомогательного газа – «Р вспом газа, МПа» (от 0,40 до 0,50 МПа);
- давление в «пробе» – «Р пробы, мм. рт. ст.» (от 600 до 820 мм рт.ст);
- время цикла анализа – «Цикл, мин» (13,5 мин);
- ток ДТП 1 – «Детектор 1» «I, мА» (200 мА);
- ток ДТП 2 – «детектор 2» «I, мА» (200 мА);
- температура ТСД 1 – «Детектор 1» «Т, °С» (см. таблицу 1.1);
- температура ТСД 2 – «Детектор 2» «Т, °С» (см. таблицу 1.1);
- расход газа-носителя 1 – «Детектор 1» «Q г.н., мл/мин» (10,00 мл/мин);
- расход газа-носителя 2 – «Детектор 2» «Q г.н., мл/мин» (10,00 мл/мин).

Примечание - Текущие значения токов детекторов устанавливаются при выполнении условий:

- давление газа-носителя «Р газа-носителя, кПа» ≥ 100 кПа;
- расход газа-носителя «Q г-н, мл/мин» ≥ 5 мл/мин.

2.2.9.3.3 Подключить баллон с ГГС, выставив с помощью редуктора давление $(0,30 \pm 0,02)$ МПа.

2.2.9.3.4 Следуя указаниям РО, выполнить процедуру градуировки.

ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕДУРА ГРАДУИРОВКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ ХРОМАТОГРАФА С ПРОВЕРКОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 31371.7-2008!

В процессе градуировки регистрируется от трех до пяти хроматограмм ГГС. Признаком выполнения процедуры градуировки является появление в строке «Режим» открывающейся панели «Хроматограф» главного окна программы сообщения «Градуировка», а также сообщение «град» в строке выбора отображаемой хроматограммы в верхней части окна «Детектор 1» (Детектор 2).

При выполнении требований приемлемости градуировки - градуировка заканчивается автоматическим переходом в режим измерения с отображением сообщений:

- **«Измерение»** - в строке «Режим»;
- результатов градуировки - во всплывающем окне «Результаты градуировки», в виде таблицы градуировочных коэффициентов и их расхождения (см. РО).

В противном случае циклический анализ приостанавливается с сообщениями:

- **«Отказ»** - в строке «Статус»;
- **«Ошибка градуировки»** - во всплывающем окне «Результаты градуировки».

ОКНО ЗАКРЫВАЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ! Результаты градуировки сохраняются в файл «Архив градуировок», могут быть сохранены в тестовом файле и распечатаны.

2.2.10 При выполнении требований п. 2.2.9 хроматограф готов к работе.

При невыполнении требований п. 2.2.9 см. п.2.3.2 «Возможные неисправности и способы их устранения».

2.3 Использование хроматографа

2.3.1 Порядок работы

2.3.1.1 Установка режимов измерения, процедур обработки и формы представления измерительной информации осуществляются ПО ПК. Обработка результатов измерения молярной доли компонентов и расчет на основе этих результатов физико-химических показателей ГПП в соответствии с требованиями ГОСТ 31369-2008 проводится средствами встроенного ПО хроматографа.

Ввод молярной доли неанализируемых компонентов осуществляется в меню «Настройка»/«Параметры хроматографа»/«Неанализируемые компоненты» (см. РО).

2.3.1.2 Соединить вход канала «ПРОБА» хроматографа с выходом фильтра твердых частиц (9) устройства отбора пробы (см. приложение Д) через компрессионный фитинг трубкой из нержавеющей стали с наружным диаметром 1/8”.

Примечание - Устройство отбора пробы (см. приложение Д) должно соответствовать ГОСТ 31370-2008. Газ природный. Руководство по отбору проб.

2.3.1.3 Открыть шаровой кран (2).

2.3.1.4 Регулировочным винтом редуктора (5) по манометру (6) установить давление анализируемого газа (пробы) на входе в хроматограф 0,3 МПа. Открыть шаровой кран (7).

Примечание – При проведении поверки или контроля правильности результата измерений (подача ГСО-ПГС на вход канала пробы хроматографа), давление пробы на входе в хроматограф, равное 0,3 МПа, устанавливается редуктором давления баллона с ГСО-ПГС.

2.3.1.5 Открыть кран (5) (см. рисунок 1.3).

2.3.1.6 Регулируемым пневмосопротивлением (16) (регулятор расхода пробы) по индикатору (14) канала «ПРОБА БПГ» установить расход 25 – 30 мл/мин.

2.3.1.7 Установить расход байпасного канала регулируемым пневмосопротивлением (17) (регулятор расхода байпасного канала) по индикатору (15) в диапазоне от 0 до 100 мл/мин при соблюдении условий п. 2.3.1.6.

Примечание – Оптимальный (минимально необходимый) расход байпасного канала подбирается экспериментально по удовлетворительной воспроизводимости результатов измерений молярной доли всех интересующих компонентов пробы.

2.3.1.8 Следуя указаниям РО, загрузить ПО и выполнить установки параметров измерения согласно таблице 1.1.

2.3.1.9 Запустить процедуру циклических измерений.

2.3.1.10 Считать результаты измерений молярной доли компонентов ГПП и физико-химических показателей (среднечасовые, среднесуточные), используя «Архив хроматограмм».

2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения

2.3.2.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2

Возможная неисправность	Способ устранения
1 При запуске ПО в нижней строке главного окна появляется сообщение: «Хроматограф не отвечает», «Ошибка при инициализации». Во всплывающем окне сообщение «Выполняется установка соединения...»	Убедиться в подключении электропитания хроматографа, преобразователя интерфейсов, БРИ. Следуя указаниям РО, проверить правильность установки адреса и кода хроматографа, порта связи и скорости обмена в меню «Настройка»\ «Параметры приложения».
2 Не устанавливается температура термостата колонок	Проверить исправность предохранителя в УПТС (см. приложение Б). Неисправный предохранитель заменить
3 Расходы газа-носителя 1, 2 не устанавливаются более 0,2 мл/мин. Давление газа-носителя отсутствует на манометре БПГ.	Установить давление газа-носителя в диапазоне согласно таблице 1.4. Проверить герметичность газовых каналов.
4 По завершению цикла измерения отсутствует идентификация пиков на хроматограмме и значение содержания компонентов в пробе на вкладке «Пики» в окнах детекторов. По завершению Цикла градуировки сообщение - «Опорная таблица пиков не соответствует ИПГ». Нет информации в строках таблицы вкладки «Опорная таблица пиков» окна «Детектор 1» («Детектор 2»).	Заполнить таблицу на вкладке «Опорная таблица пиков» в соответствии с разделом «Градуировка» РО.
5 По завершению цикла измерения отсутствует идентификация пиков на хроматограмме и значение содержания компонентов в пробе на вкладке «Пики» в окнах детекторов. По завершению Цикла градуировки сообщение - «Опорная таблица пиков не соответствует ИПГ».	Проверить соответствие времен удерживания пиков текущих хроматограмм опорной таблице пиков. Внести изменения в опорную таблицу.
6 Процедура градуировки завершается сообщением в строке «Статус» - «Ошибка градуировки».	Установить расход ГГС в диапазоне от 25 до 50 мл/мин. Проверить давление в баллоне

Продолжение таблицы 2.2

Возможная неисправность	Способ устранения
7 Искажение результатов измерения (увеличение) молярной доли кислорода и азота. Нарушение герметичности газового канала подачи пробы.	Найти место нарушения герметичности и устранить.
8 Увеличение уровня шумов базовой линии (беспорядочный дрейф).	Заменить баллон с газом-носителем. Заменить фильтры (Ф2 - Ф4) канала газа-носителя БПГ (см. рисунок 1.2) (при неудовлетворительном качестве газа-носителя – наличие органики и водяных паров).
9 Увеличение уровня шумов базовой линии. Ухудшение степени разделения хроматографических пиков. Изменение времени удерживания пиков компонентов более установленных ранее границ временных интервалов (нарушение идентификации)	Регенерировать ХК (см. п.3.5) Заменить ХК в соответствии со структурной схемой (см. рисунок 1.2).
10 Постоянный дрейф базовой линии: а) в каналах обоих детекторов; б) в канале одного из детекторов.	а) Устранить изменение температуры окружающей среды. б) Найти место нарушения герметичности соответствующего канала и устранить.
11 Понижение чувствительности	Установить расход пробы в соответствии с рекомендациями РЭ
12 Появление в окне ПО сообщений о системных ошибках операционной системы или другое некорректное поведение ПО	Закрыть ПО. Выполнить перезагрузку ПК. Запустить ПО. Примечание – Данная операция не приводит к потере информации о результатах измерения.
Примечания 1 Замена ХК проводится, если регенерация не дала эффекта. 2 После замены ХК провести их кондиционирование (см. п.3.5.3).	

2.3.2.2 Во всех остальных случаях неисправности устраняются представителями сервисных центров или предприятия-изготовителя.

2.3.2.3 Вскрытие взрывонепроницаемой оболочки БА.

2.3.2.3.1 Вскрытие оболочки БА в условиях эксплуатации производится в следующих случаях:

- поиск течи в газовых каналах БА;
- замена предохранителя в УПТС;
- замена ХК;
- проверка состояния элементов газового канала, блоков электроники и пневмоавтоматики.

Порядок демонтажа БА приведен в приложении Е. Конструктивно оболочка БА состоит из корпуса ИБЯЛ.305155.083, двух крышек ИБЯЛ.714321.012, соединяемых с корпусом с помощью скоб ИБЯЛ.301532.025.

Вид оболочки БА со снятой крышкой показан на рисунке 2.1.


Правая крышка открывает доступ к термостату с ХК, левая – к блокам электроники и пневмоавтоматики.

2.3.2.3.2 Для вскрытия оболочки БА необходимо выполнить следующие действия:

- отключить электропитание;
- выдержать хроматограф в отключенном состоянии не менее 60 мин;
- раскрутить стягивающие болты (4) (см. рисунок 2.1) с помощью ключа из комплекта инструмента и принадлежностей и снять скобы (3);
- снять крышку в направлении от корпуса (по стрелке).

2.3.2.3.3 При закрытии оболочки БА выполнить следующие действия:

- одеть крышку;
- надеть скобы (3).
- закрутить стягивающие болты (4) с помощью ключа из комплекта инструмента и принадлежностей до исчезновения щели между торцевыми поверхностями корпуса и крышек (см. приложение А «контроль зазора»).



- 1 - корпус ИБЯЛ.305155.083; 2 - крышка ИБЯЛ.714321.012;
3 - скоба ИБЯЛ.301532.025; 4 - болт М6-6g 50.48.029 ГОСТ 7798-70

Рисунок 2.1 – Вскрытие взрывонепроницаемой оболочки БА

3 Техническое обслуживание

3.1 ПК посредством ПО осуществляет непрерывный автоматический контроль основных режимов хроматографа.

3.2 В процессе эксплуатации хроматографа необходимо проводить нижеперечисленные профилактические работы

3.2.1 Ежедневно - внешний осмотр в соответствии с п.2.1.7.

3.2.2 Не реже одного раза в неделю:

- контрольный осмотр на предмет отсутствия механических повреждений корпуса и газовых каналов, проверки крепежа деталей;

- контроль и устранение зазора между торцевыми поверхностями корпуса и крышек оболочки (см. приложение А);

- контроль и (при необходимости) регулировка давлений и расходов газов по каналам БПП в соответствии с п.2.2 настоящего РЭ.

3.2.3 Не реже одного раза в месяц:

- контроль остаточного давления газов в баллонах (газ-носитель, вспомогательный газ, ГГС);

- замена фильтра твердых частиц (фрита) в фитинговом соединителе канала пробы (4) (см. рисунок 1.3) фритом из комплекта принадлежностей.

3.2.4 Не реже одного раза в год:

- замена фильтров очистителей газа-носителя Ф2 – Ф4 (см. рисунок 1.2) фирмы Restek:

- а) Ф2 – фильтр поглотитель воды cat. № 21997;

- б) Ф3 – фильтр поглотитель кислорода cat. № 20601;

- в) Ф4 – фильтр поглотитель углеводородов (органики) cat. № 21991.

Примечание – Фильтры очистители необходимы для улучшения качества газа-носителя при проведении ответственных измерений. При использовании в качестве газа-носителя - гелий газообразный высокой чистоты Марки «60» ТУ 0271-001-45905715-02 с содержанием основного компонента 99,9999 % объемной доли допускается эксплуатация хроматографа без замены фильтров. По вопросам приобретения и эксплуатации фильтров обращаться:

127238, Россия, г. Москва, Локомотивный проезд, 21 ЗАО «МХК Лаверна-Нефтегазстрой», т. (495) 482-20-01, 482-40-54.

3.3 Поверка с периодичностью один раз в год согласно МП-242-1108-2010. «Хроматограф газовые промышленный «Хромат-900-7». Методика поверки».

3.4 Периодический контроль точности результатов измерений в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008

3.4.1 Периодический контроль точности результатов измерений проводят:

- после ремонта хроматографа;
- после замены одной или более ХК;
- после изменения параметров настройки хроматографа;
- после изменения параметров обработки хроматографической информации;
- в случае возникновения сомнений в правильности работы хроматографа.

3.4.2 Периодический контроль точности включает в себя:

- контроль сходимости результатов измерений;
- контроль правильности результата измерений молярной доли компонентов.

Контроль сходимости результатов измерений проводят с помощью контрольных карт для градуировочных коэффициентов. Контрольные карты строятся оператором хроматографа. На них наносятся значения градуировочных коэффициентов, определяемых при каждой процедуре градуировки, и сравнивают их с соответствующим средним значением. Определяют положение нанесенной точки по отношению к линиям $2\sigma_{Kj}^*$ ($2R_{Kj}^*$) и $3\sigma_{Kj}^*$ ($3R_{Kj}^*$), где

$$R_{Kj}^* = 0,8 \cdot \sqrt{(U_{oj})^2 - 2,0 \cdot (U_{oj}^{град})^2}, \quad (3.1)$$

где U_{oj} – относительная приписанная расширенная неопределенность результата измерений по данной МВИ для значения молярной доли j -го компонента, равная значению его молярной доли в градуировочной смеси, %;

$U_{oj}^{град}$ – относительная расширенная неопределенность значения молярной доли j -го компонента в градуировочной смеси, %.

Значения относительных расширенных неопределенностей U_{oj} и $U_{oj}^{град}$ вычисляют по формулам

$$U_{oj} = \frac{Uj}{X} \cdot 100 \quad \text{и} \quad U_{oj}^{град} = \frac{U^{град}}{X} \cdot 100, \quad (3.2)$$

где Uj – расширенная абсолютная неопределенность результата измерения молярной доли j -го компонента (см. таблицу 1.2), %;

$U^{град}$ – расширенная абсолютная неопределенность молярной доли j -го компонента в

градуировочной газовой смеси, указанная в паспорте на ГСО-ПГС.

Свидетельством неудовлетворительного состояния хроматографа являются:

- постоянное возрастание или убывание $\overline{K}_j^{град}$;
- отличие текущих значений $\overline{K}_j^{град}$ более чем на $2\sigma_{Kj}^*$ или $2R_{Kj}^*$ по сравнению с

определенными при первичной градуировке хроматографа.

Пример заполнения контрольных карт в соответствии с ГОСТ 31371.1–2008 приведен в РО.

Контроль правильности результата измерений молярной доли компонентов проводят с использованием контрольного образца, сравнивают измеренные значения молярной доли компонентов с действительными значениями, указанными в паспорте.

Рассчитывают расхождение между измеренными и указанными в паспорте значениями молярной доли. Измеренным значением считается среднее значение за один час измерений. Полученные расхождения не должны превышать значений неопределенности результата измерения молярной доли каждого компонента, рассчитываемых по формулам таблицы 1.2.

Примечание – Проверку правильности результата измерений проводят с использованием аттестованного контрольного образца состава природного газа в баллоне под давлением (ГСО–ИПГ или ГСО–ПГМ 1-го разряда с метрологическими характеристиками, приведенными в таблице Б.1 приложения Б ГОСТ 31371.7-2008).

3.5 Регенерация ХК

3.5.1 Регенерацию ХК проводят:

- при запуске хроматографа в эксплуатацию, после проведения монтажных работ;
- при превышении в процессе эксплуатации значения уровня шумов нулевой линии, приведенного в методике поверки;
- при ухудшении в процессе эксплуатации разделительных характеристик ХК, при которых разрешение пиков выходит за установленные стандартом пределы;
- при замене ХК.

3.5.2 Для осуществления регенерации ХК необходимо:

- закрыть канал подачи пробы;
- установить по каждому из каналов ДТП расход газа-носителя равным 20 мл/мин (см. РО);
- установить температуру термостата ХК равной 110 °С (см. РО);
- выдержать хроматограф в этом режиме в течение 8 ч;

- для выполнения последующих измерений установить режимы в соответствии с таблицей 1.1 и провести процедуру градуировки.

3.5.3 Кондиционирование хроматографических колонок:

- остановить измерения кнопкой управления «Остановить измерения»;
- выдержать хроматограф в этом режиме при номинальной температуре ТСК и расходах газа-носителя в течение 60 мин.

3.6 Установка времени переключения кранов К1, К2, К3 (управляющих клапанов-пневмораспределителей соответственно В1, В5, В2 рисунок 1.2)

3.6.1 Установка времени переключения клапанов проводится при замене ХК и условий проведения измерений в соответствии с РО (меню «Настройка»\«Параметры хроматографа»\«Параметры управления клапанами»).

3.6.2 Настройка времени переключения кранов К1 (В1) и К2 (В5)

3.6.2.1 Схема переключения кранов К1 и К2 по первому каналу приведена на рисунке 3.1 и включает: 10-ти портовый кран К1 для ввода пробы и обратной продувки; 6-ти портовый кран К2 для блокирования ХК3 (O_2 и N_2) на момент анализа (CO_2 , C_2H_6). Пневматическое сопротивление (далее - ПС) имитирует пневмосопротивление ХК3, когда она изолирована.

Переключения кранов должны соответствовать событиям:


- переключение К1 из положения 2 в положение 1 - элюирование этана из ХК1 в ХК2;
- переключение К2 из положения 1 в положение 2 - элюирование азота из ХК2 в ХК3;

3.6.2.2 Методика установки времени переключения кранов К1 и К2 по первому каналу измерения (анализ O_2 , N_2 , CO_2 , C_2H_6) условно разбивается на два этапа:


- установка времени переключения крана К1;
- установка времени переключения крана К2.

Перед началом настройки времени переключения кранов К1 и К2 предполагается, что хроматограф находится в рабочем режиме без отклонений параметров, оговоренных в настоящем руководстве по эксплуатации (см. таблицу 1.1).


Перед настройкой начальное положение кранов К1 и К2 – в положении 1, при этом ДО крана К1 продувается анализируемым газом. Для настройки необходимо иметь газовую смесь следующего содержания: O_2 , N_2 , CO_2 , C_2H_6 в метане, подаваемую на вход «ПРОБА».



К1 и К2 в положении 1



К1 в положении 2, К2 в положении 1



К1 в положении 1, К2 в положении 2

Рисунок 3.1 - Схема переключения кранов К1 и К2

3.6.3 Этапы настройки времени переключения кранов K1 (B1) и K2 (B5)

3.6.3.1 Этап 1- настройка времени переключения крана K1 (клапан B1):

3.6.3.1.1 Установить «Параметры управления клапанами»:

- «первое время открытия клапана 1» равным 0 с;
- «первое время закрытия клапана 1» равным 30 с;
- «первое время открытия клапана 5» равным 0 с;
- «первое время закрытия клапана 5» равным 0 с.

Нажать кнопку «Записать», закрыть окно «Настойка», нажать кнопку управления «Единичное измерение». Зафиксировать площадь пика C_2H_6 (второй пик на хроматограмме).

3.6.3.1.2 Увеличить «первое время закрытия клапана 1» на 2 с, нажать кнопку «Записать», закрыть окно «Настойка», нажать кнопку управления «Единичное измерение». Зафиксировать площадь пика C_2H_6 .

3.6.3.1.3 Повторять действия п. 3.6.3.1.2 до получения неизменной (максимальной) площади пика C_2H_6 . Зафиксировать соответствующее «первое время закрытия клапана 1» - $t_{зак\ B1}$ и время удерживания пика C_2H_6 - t_{C2} .

3.6.3.1.4 Установить «первое время закрытия клапана 1» равным $(t_{зак\ B1} + 5)$ с. Нажать кнопку «Записать».

3.6.3.2 Этап 2 - настройка времени переключения крана K2 (клапан B5)

3.6.3.2.1 Установить «Параметры управления клапанами»:

- «первое время открытия клапана 5» равным $(t_{зак\ B1} + 90)$ с;
- «первое время закрытия клапана 5» равным 460 с.

Нажать кнопку «Записать», закрыть окно «Настойка», нажать кнопку управления «Единичное измерение». Зафиксировать площадь пика азота A_N (четвертый пик на хроматограмме).

3.6.3.2.2 Увеличить «первое время открытия клапана 5» на 2 с, нажать кнопку «Записать», закрыть окно «Настойка», нажать кнопку управления «Единичное измерение». Зафиксировать площадь пика азота.

3.6.3.2.3 Повторять действия п. 3.6.3.2.2 до получения неизменной (максимальной) площади пика азота. Зафиксировать соответствующее «первое время открытия клапана 5» - $t_{откр\ B5N}$ и площадь пика кислорода A_O (третий пик на хроматограмме).

3.6.3.2.4 Увеличить «первое время открытия клапана 5» на 2 с, нажать кнопку «Записать», закрыть окно «Настойка», нажать кнопку управления «Единичное измерение». Зафиксировать площадь пика кислорода.

3.6.3.2.5 Повторять действия п. 3.6.3.2.4 до получения неизменной (максимальной) площади пика кислорода. Зафиксировать соответствующее «первое время открытия клапана 5» - $t_{\text{отк B5 O}}$

3.6.3.2.6 Установить «Параметры управления клапанами»:

- «первое время открытия клапана 5» равным $(t_{\text{отк B5 N}} + t_{\text{отк B5 O}})/2$ с;
- «первое время закрытия клапана 5» равным $(t_{\text{C2}} + 90)$ с.

Нажать кнопку «Записать».

3.6.4 Установка времени переключения крана КЗ (ВЗ)

3.6.4.1 Схема переключения крана КЗ по второму каналу измерения приведена на рисунке 3.2 и включает в себя 10-ти портовый кран КЗ для ввода пробы и обратной продувки.

Переключение крана КЗ из положения 2 в положение 1 соответствует элюированию н-пентана из ХК4 в ХК5.

Предполагается, что хроматограф находится в рабочем режиме без отклонений параметров, оговоренных в настоящем руководстве по эксплуатации (см. таблицу 1.1).

Изначально кран КЗ находится в положении 1, при этом осуществляется продувка ДО анализируемым газом.

Для настройки крана КЗ необходимо использовать газовую смесь, содержащую н-С₅H₁₂ и 2,2 – диметилбутан (допускается использовать смесь, содержащую н-С₅ и С₆₊).

3.6.4.2 Установить «Параметры управления клапанами»:

- «первое время открытия клапана 2» равным 20 с;
- «первое время закрытия клапана 2» равным 60 с.

Нажать кнопку «Записать», закрыть окно «Настойка», нажать кнопку управления «Единичное измерения». Зафиксировать площадь пика С₅H₁₂ (второй пик на хроматограмме).

3.6.4.3 Увеличить «первое время закрытия клапана 2» на 2 с, нажать кнопку «Записать», закрыть окно «Настойка», нажать кнопку управления «Единичное измерение». Зафиксировать площадь пика С₅H₁₂.

3.6.4.4 Повторять действия п. 3.6.4.3 до получения неизменной (максимальной) площади пика С₅H₁₂. Зафиксировать соответствующее «первое время закрытия клапана 1» - $t_{\text{зак B2 C5}}$ и площадь пика С₆₊ (первый пик на хроматограмме).

3.6.4.5 Повторять действия п. 3.6.4.3 до получения неизменной (максимальной) площади пика С₆₊. Зафиксировать соответствующее «первое время закрытия клапана 1» - $t_{\text{зак B2 C6}}$.




Рисунок 3.2 – Схема переключения крана КЗ

3.6.4.6 Установить «Параметры управления клапана»:

- «первое время открытия клапана 2» равным 20 с;
- «первое время закрытия клапана 2» равным $(t_{\text{зак B2 C5}} + t_{\text{зак B2 C6}})/2$ с.

Нажать кнопку «Записать».

3.6.5 Подать на вход «ПРОБА» ГС, предназначенную для градуировки хроматографа, и убедиться, что разрешение между пиками соответствует требованиям РЭ, и время анализа не превысило 15 мин.

4 Хранение

4.1 Хранение хроматографа должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

4.2 В условиях складирования хроматограф должен храниться на подставках. Воздух помещений для хранения не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию.

5 Транспортирование

5.1 Условия транспортирования хроматографа соответствуют условиям группы 5 по ГОСТ 15150-69.

5.2 Хроматограф транспортируется всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта, в соответствии с документами:

«Правила перевозки грузов автомобильным транспортом», утвержденные постановлением Правительства от 15.04.2011 г., № 272;

«Правила перевозки грузов», М. «Транспорт», 1983 г.;

«Правила перевозки грузов и буксировки плотов и судов речным транспортом», утвержденные департаментом речного транспорта Минтранса РФ, 1994 г.;

«Общие правила перевозки грузов морем», РД-31.10-10-89, утвержденные Минморфлотом СССР, 1990 г.;

«Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте» СП 2.5.1250-03.

5.3 Баллоны с ГСО-ПГС в упаковке должны транспортироваться железнодорожным, речным и автомобильным транспортом, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данных видах транспорта, и «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ03-576-03), утвержденным постановлением Ростехнадзора России от 11.06.2003 г № 91.

5.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

6 Утилизация

6.1 Хроматограф не оказывает химических, механических, радиационных, электромагнитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду.

6.2 По истечении установленного срока службы хроматограф не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде.

6.3 Утилизация должна проводиться в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Приложение В

(обязательное)

Порядок подключения кабеля электропитания и кабеля связи Ethernet

В.1 Подключение кабеля электропитания и кабеля связи Ethernet осуществляется с помощью коробки соединительной ST-29.V1 в комплекте с кабельными вводами FGF1NBK Cortem group. Особенность этих кабельных вводов – внутренняя резьба на выходном отверстии (штулка с внутренней резьбой) (см. рисунок В.2), которая позволяет присоединить дополнительную защитную оболочку кабеля, например гибкие шланги, трубопроводы, гофрированные металлорукава и т.д.


В.2 Коробка соединительная ST-29.V1 в комплекте с кабельными вводами FGF1NBK предназначена для ввода электрических кабелей через трубный ввод во взрывонепроницаемую оболочку БА. Коробка соединительная относится к взрывозащищенному электрооборудованию с маркировкой 1ExdIICT5/T6. Степень защиты оболочки коробки по ГОСТ 14254–96 - IP66/IP67.

В.3 Монтаж кабеля электропитания и кабеля сети Ethernet должны производиться квалифицированным персоналом. С целью предотвращения повреждения резьбы на элементах коробки соединительной и кабельных вводов, монтаж необходимо проводить, не прилагая излишних усилий. Уплотнители внутренней и внешней оболочек кабеля поставляются в комплекте с кабельными вводами.

ВНИМАНИЕ: НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СЛЕДУЕТ ВЫНИМАТЬ УПЛОТНЕНИЯ ИЗ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА КОРОБКИ. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЕ ПЫЛИ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОНТИРОВАТЬ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В ОБОРУДОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!


ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД НЕ ДОЛЖЕН ПОДВЕРГАТЬСЯ РАЗБОРКЕ ИЛИ ДРУГИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ СНЯТО НАПРЯЖЕНИЕ!

Внешний вид коробки и обозначения кабельных вводов показаны на рисунке В.1, схема сборки показана на рисунке В.2.



- 1 – переходник взрывозащищенный RE21G (ExdIIC, IP66);
- 2 – фитинговое соединение взрывозащищенное ВММ-1G (1ExdIIBU, IP66);
- 3 – крышка с резьбовым соединением;
- 4 – ввод кабельный FGF1NBK;
- 5 – фитинговое соединение взрывозащищенное ВММ-1G (1ExdIIBU, IP66);
- 6 – табличка ИБЯЛ.754342.206-09;
- 7 – табличка ИБЯЛ.754342.206-14.

Рисунок В.1 – Коробка соединительная. Внешний вид



- 1 – гайка накидная; 2 – втулка с внутренней резьбой; 3 – уплотнительное кольцо;
 4 – корпус кабельного ввода; 5 – оболочка кабеля электропитания;
 6 – клеммный зажим ТВ-1504; 7 – пластина ИБЯЛ.741474.038;
 8 – защитная оболочка и (или) трубопровод ввода кабеля сети Ethernet;
 9 – переходник RJ-45.

Рисунок В.2 – Коробка соединительная. Схема сборки

В.4 Для монтажа кабеля электропитания (схема сборки см. рисунок В.2) необходимо:

- открутить с кабельного ввода с обозначением «~230 V, 50 Hz» накидную гайку (1) и втулку (2) с внутренней резьбой;
- надеть на трубопровод (стальная труба с наружной резьбой G1/2”), с проложенным в нем кабелем электропитания, гайку (1);
- продеть кабель через втулку (2);
- накрутить втулку (2) на трубопровод, если это предусмотрено;
- продеть кабель через уплотнительное кольцо (3) соответствующего типоразмера и завести внутрь коробки распределительной с запасом по длине 10 – 15 см;
- зафиксировать защитную оболочку кабеля в корпусе кабельного ввода (4) затягиванием гайки (1);
- проконтролировать качество фиксации оболочки кабеля (5) в уплотнительном кольце (отсутствие осевых перемещений и вращения);
- обрезать кабель на необходимую длину, разделить и подключить шины к контактам клеммного зажима (6), соблюдая обозначения: фаза – L, нейтраль – N, земля – 


В.5 Монтаж кабеля связи Ethernet осуществляется аналогично через кабельный ввод с обозначением «Ethernet». Конец кабеля разделяется под разъем RJ-45 и соединяется с переходником (9).

В.6 После монтажа кабелей закрутить крышку коробки соединительной до упора.

Приложение Г

(справочное)

Схема подключений каналов связи




ADAM 4520 - преобразователь интерфейсов (для RS485)

Приложение Д

(справочное)

Устройство отбора пробы

Д.1 Вариант устройства прямого отбора пробы из газовой магистрали показан на рисунке Д.1




- 1 – пробоотборный зонд; 2 – шаровый кран; 3 – каплеуловитель;
 4 – соединитель 1/4" - 1/4"NPT; 5 – обогреваемый редуктор;
 6 – манометр; 7 – шаровый кран 1/4";
 8 – обогреваемый трубопровод (трубка из нержавеющей стали 1/4");
 9 – фильтр твердых частиц; 10 - соединитель 1/8" - 1/4"NPT;
 11 – хроматограф; 12 – вентиль точной регулировки байпасного канала БПГ;
 13 – индикатор расхода; 14 – теплоизолирующий контейнер;
 15 - устройство сброса пробы; 16 – термостатируемый контейнер.

Рисунок Д.1 – Устройство прямого отбора пробы

Д.2 Все соединения выполняются трубкой из нержавеющей стали наружным диаметром 1/4” посредством фитингов компрессионного типа. Подключение соединительных трубок к редуктору (5) и входу фильтра (9), имеющих внутреннюю коническую резьбу 1/4” FNPT, с помощью соединителей (4). Подключение входа «Проба» хроматографа (11) к выходу фильтра (9) выполняется трубкой из нержавеющей стали наружным диаметром 1/8” через соединитель (10). Герметизация сопрягаемой конической резьбы соединителей и редуктора (фильтра) лентой ФУМ ТУ6-05-1388-86 или подобной, обеспечивающей герметичность соединения в диапазоне рабочих температур и давлений.

Д.3 Устройство отбора пробы на элементах фирмы Swagelok показано на рисунке Д.2



- 1 - обогреваемый редуктор давления KEV1FLB322AX0007 Р_{вх}max - 68,9 бар,
 Р_{вых} - 0 - 6,8 бар, 240 В, 23 - 193 С, 100 Вт; 2 - регулировочный винт;
 3 - манометр PGI-63B-MC9-CAOX; 4 - переходник SS-4-SM-A-400;
 5 - коробка подключения; 6 - переходник SS-400-1-2; 7 - кран шаровый SS-4SKPS4;
 8 - трубка SS 1/4"; 9 - фильтр 1/4", 2 мкм SS-4TF-2; 10 - переходник SS-200-R-4;
 11 - трубка SS 1/8"; 12 - обогреваемая линия 1/4", 37 С SSE1-4S1-L2SCF-MU4;
 13 - теплоизолирующий контейнер; 14 - отсек хроматографа.

Рисунок Д.2 – Устройство отбора пробы на элементах Swagelok

Перечень принятых сокращений

БА	- блок аналитический;
ББ	- блок баллонный;
БОС ДТП	- блок обработки сигналов ДТП;
БПГ	- блок подготовки газов;
БРИ	- блок разделительный искробезопасный;
ВПО	- встроенное программное обеспечение;
ГГП	- газ горючий природный;
ГС	- газовая смесь;
ГГС	- градуировочная газовая смесь;
ГСО-ПГС	- государственный стандартный образец – поверочная газовая смесь;
ДО	- дозирующий объем;
ДС	- датчик-сигнализатор;
ДТ	- датчик температуры;
ДТП	- детектор по теплопроводности;
ЗИП	- запасные части, инструмент и принадлежности;
ИПГ	- имитатор природного газа;
КД	- конструкторская документация;
МВИ	- методика выполнения измерений;
МСОС	- модуль связи и обработки сигналов;
МЭП	- модуль электропитания;
НКПР	- нижний концентрационный предел распространения пламени;
НЭ	- нагревательный элемент;
ПГМ	- природный газ магистральный;
ПК	- персональный компьютер;
ПО	- программное обеспечение;
РО	- руководство оператора ПО;
РРГ	- регулятор расхода газа;
СПО	- сервисное программное обеспечение;
ТР	- термореле;
ТСД	- термостат детектора;
ТСК	- термостат колонок;
ТУ	- технические условия;
УПТС	- узел подключения термостата;
ХК	- хроматографическая колонка;
ФЭМП	- фильтр электромагнитных помех;
ЭМС	- электромагнитная совместимость.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: analitpribor.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70